



Foto del prodotto



Ditta Produttrice Clover Orthopedics s.r.l.

Ditta Distributrice Clover Orthopedics s.r.l.

Denominazione Commerciale LIPOCELL

Codice Prodotto SEP-A00SP00000

Codice CND B06

Codice RDM 2108788

Uso Previsto Dispositivo per prelievo tessuto adiposo e filtrazione del lipoaspirato. L'uso deve seguire le procedure scelte dal personale qualificato. Questo dispositivo medico è monouso. È vietata la risterilizzazione.

Materiali Siringhe Luer lock 60ml con stantuffo autobloccante
Siringhe: POLIPROPILENE
Molla di bloccaggio: ACCIAIO INOX AISI 301 / 302

Siringhe Luer lock 60ml | Siringhe Luer lock 10ml
Siringhe: POLIPROPILENE

Sacco di filtrazione da 250 ml con filtro da 50µm, valvole e coperchio polimerico
Coperchio: Magnum 8391 MED ABS bianco
Filtro: POLIESTERE Saaticare PES 55/27 grado medico
Sacchetto: PVCValvola a 4 vie: POLICARBONATO + HDPE
Valvola unidirezionale e connettori Needless: POLICARBONATO + SILICONE

Tubo Ø 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 200 cm e sacchetto graduato da 2L per i prodotti di scarto
PVC

Set di infusione realizzato con una camera di gocciolamento con picchetto
LDPE, PP, Versapor

Tubo Ø 3x4,1 mm, lunghezza 200 cm, dotato di pinza di bloccaggio e di terminale LLM

Tubo: PVC

Morsetto: SABIC® PP PCGR40

Spatola

Magnum 8391 MED ABS bianco

Cannula per liposuzione 13G 170 mm di lunghezza e cannula per liposuzione 16G 170 mm di lunghezza

Cannula: ACCIAIO INOX AISI 304

Protezione della cannula: PELD RIBLENE FC20

Impugnatura della cannula: POLICARBONATO TRIREX 3020IR + ACRILICO ZYLAR

Ago da iniezione 16G lunghezza 50 mm

Ago: Acciaio inox AISI 304

Protezione dell'ago: PELD RIBLENE FC20

Impugnatura dell'ago: ABS TERLUX 2812

Connettori LLF con alette

PVC

Trocar di protezione

Magnum 8391 MED ABS bianco

Caratteristiche Tecniche

Il kit è composto da 3 sacchetti.

Una busta contiene:

- n° 2 siringhe luer lock 60 ml autobloccanti
- n° 2 siringhe luer lock 60 ml;
- n° 2 siringhe luer lock 10 ml.

Una busta contiene:

- n° 1 cannula per liposuzione 16G 170 mm di lunghezza;
- n° 1 cannula per liposuzione 13G 170 mm di lunghezza;
- n° 1 ago da iniezione 16G 50 mm di lunghezza;
- n° 2 connettori LLF con alette;
- n° 1 trocar di protezione.

Una busta contiene:

- n° 1 set di infusione realizzato con una camera di gocciolamento con punta, accoppiata con un tubo in PVC (Ø 3x4,1 mm, lunghezza 200 cm) dotato di pinch clamp e con terminale LLM;
- n° 1 sacca di filtrazione da 250 ml con filtro da 50 µm e valvole;
- n° 1 coperchio di protezione per la sacca da 250 ml;
- n° 1 sacca graduata da 2L per i prodotti di scarto;
- n° 1 tubo in PVC (Ø 4,8x6,8 mm, lunghezza 200 cm) per accoppiare la sacca da 250 mL alla sacca graduata da 2L.
- n° 1 spatola.

Classificazione	Dispositivo medico sterile di classe IIa con marchio CE in conformità alla direttiva 93/42 CEE Organismo notificato: ITALCERT (0426)
Confezionamento	Sacchetto esterno in Tyvek+Pet/Pe termosaldato contenente n. 3 sacchetti in Tyvek+Pet/Pe termosaldati; custodia in cartone protettivo.
Istruzioni per l'uso	Rimuovere il dispositivo dalla confezione singola. Ispezionare e non utilizzare se la confezione singola è aperta/danneggiata o se il dispositivo è difettoso. Eseguire le procedure appropriate scelte da personale qualificato. Operare in condizioni asettiche. Smaltire dopo l'uso.
Sterilizzazione	Sterilizzazione con ossido di etilene. Data di scadenza: 5 anni, se la confezione è chiusa e conservata in modo corretto (vedere "Condizioni di conservazione").
Smaltimento	Smaltire in conformità alle normative nazionali e locali sui rifiuti ospedalieri contaminati.
Condizioni di conservazione	Conservare in ambienti con temperature comprese tra + 10°C e + 35°C.

Clover Orthopedics s.r.l.

Via Gadames n. 57/7, c.a.p. 20151 Milano

M. info@cloverorthopedics.comW. cloverorthopedics.com

T. +39 02 457 902 31

F. +39 02 457 902 66

