

monza  **Cervical Peek**



Foto del prodotto

Ditta Produttrice	▪ Clover Orthopedics s.r.l.
Ditta Distributrice	▪ Clover Orthopedics s.r.l.
Denominazione Commerciale	▪ Monza Cervical Peek
Tipologia di Prodotto	▪ Placca-Gabbia Cervicale
Materiali	▪ Lega di Titanio (Ti6Al4V ELI) conformemente alle norme ASTM F136 ed ISO 5832-3 ▪ PEEK conformemente alla norma ASTM F1579.
Indicazioni	▪ Patologie degenerative del rachide cervicale ▪ Ernie cervicali
Controindicazioni	Le controindicazioni all'impianto del sistema di stabilizzazione vertebrale Monza Cervical Peek di Clover Orthopedics sono analoghe a quelle dei prodotti simili esistenti in commercio, ed includono:

Controindicazioni assolute

- Infezioni in fase attiva;
- Allergia alle componenti metalliche;
- Pazienti non collaboranti ed incapaci di seguire le prescrizioni.

Controindicazioni relative

- Metastasi.
- Gravi malattie muscolari, neurologiche, o vascolari.
- Febbre o leucocitosi.
- Gravidanza, eccetto che per il trattamento di fratture vertebrali instabili.
- Segni di flogosi nella sede d'impianto.
- Inadeguata copertura dei tessuti molli nella sede dell'intervento.

- Osteoporosi di grado elevato.

Se l'impianto del sistema Monza Cervical Peek di Clover Orthopedics viene considerato la migliore soluzione per il paziente, e se quest'ultimo presenta una o più delle controindicazioni sopraindicate, è indispensabile informarlo delle possibili conseguenze negative che questo comporta nella riuscita dell'operazione.

Caratteristiche del Prodotto

- Sistema integrato placca-gabbia per stabilizzazione cervicale, disponibile in tre diverse altezze ed interassi.
- Viti poliassiali.
- Viti autofilettanti disponibili in 5 differenti lunghezze; diametro standard e da recupero.
- Placca deformabile per una migliore adattabilità all'anatomia del corpo vertebrale.

Confezionamento e sterilizzazione

- STERILE - ETO
- Confezione in doppia busta sterile

Marchio

- Clover Orthopedics

Classe di Appartenenza

- IIb

Certificazioni

- Marchio CE (0426)



CND	RDM	CODICE	DESCRIZIONE
P09070101 - CAGE O GABBIE	2057745	MCP-A01TP01545	Placca-gabbia cervicale/gabbia h 4.5mm- interasse placca 15mm
P09070101 - CAGE O GABBIE	2057772	MCP-A01TP01655	Placca-gabbia cervicale/gabbia h 5.5mm- interasse placca 16mm
P09070101 - CAGE O GABBIE	2057773	MCP-A01TP01765	Placca-gabbia cervicale/gabbia h 6.5mm- interasse placca 17mm
P09070399 - SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI	2057774	MCP-B00T503810	Viti standard - lungh. 10 mm ø 3.8 mm (2pz)
P09070399 - SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI	2057775	MCP-B00T503812	Viti standard - lungh. 12 mm ø 3.8 mm (2pz)
P09070399 - SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI	2057776	MCP-B00T503814	Viti standard - lungh. 14 mm ø 3.8 mm (2pz)
P09070399 - SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI	2057777	MCP-B00T503816	Viti standard - lungh. 16 mm ø 3.8 mm (2pz)
P09070399 - SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI	2057778	MCP-B00T503818	Viti standard - lungh. 18 mm ø 3.8 mm (2pz)
P09070399 - SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI	2057779	MCP-B00T504210	Viti da revisione - lungh. 10 mm ø 4.2 mm (2pz)
P09070399 - SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI	2057780	MCP-B00T504212	Viti da revisione - lungh. 12 mm ø 4.2 mm (2pz)

CND	RDM	CODICE	DESCRIZIONE
P09070399 - SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI	2057781	MCP-B00T504214	Viti da revisione - lungh. 14 mm ø 4.2 mm (2pz)
P09070399 - SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI	2057782	MCP-B00T504216	Viti da revisione - lungh. 16 mm ø 4.2 mm (2pz)
P09070399 - SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI	2057783	MCP-B00T504218	Viti da revisione - lungh. 18 mm ø 4.2 mm (2pz)